EN - Single use nitrile examination glove. Powder-Free. Not Made With Natural Rubber Latex. Textured finish. Non-Sterile. Prevents Type I Allergies. Protection is limited to the hand only. If irritation occurs seek medical advice. Obsolescence: - When stored as recommended the product will not suffer any change in chemical properties four to 5 years from date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Inappropriate glove use: - Tactile sensitivity and dexterity reduces with a poor-fitting glove, which can cause fatigue in the hands and fingers. Wrong size and poor fitting lead to poor hand protection. Glove donning: - Choose the appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of the glove. Discard if there is any damage or contaminant. Glove doffing: - Remove the glove as soon as you see wearing or damage. When the glove is covered in a contaminant that is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right gloves of with using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting the skin. Hand Hygiene: - To maintain hand hygiene wash hands thoroughly before donning gloves and after removing gloves. Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. To access and download Declaration of Conformity please visit gg-doc.com/skytec. The product is in compliance with the PPE regulation (EU) 2016/425. Tested according to EN ISO 21420:2020.

DE - Einweg-Untersuchungshandschuh aus Nitril. Puderfrei. Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. Strukturierte Oberfläche. Nicht keimfrei. Vermeidet Allergien vom Typ I. Der Schutz ist nur auf die Hand beschränkt. Bei Auftreten von Reizungen suchen Sie einen Arzt auf. Obsolescence: Wenn das Produkt wie empfohlen gelagert wird, verändert es seine chemischen Eigenschaften bis zu 5 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt vom Einsatzbereich ab. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Handschuhs für die vorgesehene Verwendung zu prüfen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Schäden und Mängel. Unangemessener Gebrauch der Handschuhe: Bei schlecht sitzenden Handschuhen verringern sich Tastempfinden und Fingerfertigkeit, was zu Ermüdung der Hände und Finger führen kann. Falsche Größe und schlechter Sitz können zu Kontamination führen. Handschuhe anziehen: Wählen Sie die richtige Handschuhgröße. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jedem Gebrauch auf physische Schäden oder Verunreinigungen. Entsorgen Sie beschädigte und verunreinigte Handschuhe. Ausziehen der Handschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe aus, sobald Sie Verschleiß oder Beschädigungen feststellen. Wenn der Handschuh mit einer Verunreinigung bedeckt ist, die nicht entfernt werden kann oder eine mögliche Gefahr darstellt, sollten beide Handschuhe abwechselnd mit der behandschuhten Hand ausgezogen werden, sodass die Verunreinigung nicht mit der Haut in Berührung kommt. Handhygiene: Um die Handhygiene aufrechtzuerhalten, waschen Sie sich die Hände gründlich vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Handschuhe. Gebrauchte Handschuhe sollten verbrannt oder gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt werden. Die Konformitätserklärung können Sie unter gg-doc.com/skytec aufrufen und herunterladen. Das Produkt ist konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Geprüft nach EN ISO 21420:2020.

ES - Guante de examen de nitrilo de un solo uso. Sin polvo. No fabricado con látex de caucho natural. Acabado texturizado. No estéril. Evita alergia de tipo I. La protección se limita únicamente a la mano. En caso de irritación, consulte su médico. Obsolescencia: Si el producto se almacena según las recomendaciones, sus propiedades químicas no variarán hasta 5 años después de la fecha de fabricación. No es posible precisar su vida útil, ya que depende del uso que se haga de él y de la responsabilidad del usuario a la hora de determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Antes de utilizar los guantes, compruebe que no tienen defectos o imperfecciones. Uso inadecuado de los guantes: La sensibilidad táctil y la destreza se reducen cuando los guantes no están correctamente ajustados, lo que puede provocar fatigas en las manos y los dedos. Utilizar un tamaño inadecuado o no ajustarlos bien disminuye la protección de las manos. Colocación de los guantes: Escoja guantes de tamaño adecuado. Cada vez que vaya a utilizar un guante, verifique previamente si existen daños físicos o contaminación. De ser así, deséchelo. Retirada de los guantes: Retire los guantes en cuanto detecte desgaste o daños en ellos o en el caso de que alguna sustancia contaminante de cualquier tipo entre en contacto con ellos o corra un riesgo potencial, se recomienda ir quitándose los guantes derecho e izquierdo alternativamente de modo que la mano que utilice esté siempre cubierta para que la sustancia contaminante no entre en contacto con la piel. Higiene de manos: Para mantener la higiene de manos, lávela con detergente antes de colocar los guantes y una vez retirados. Los guantes usados deben eliminarse mediante incineración o según se indique en la normativa de las autoridades locales. Puede acceder a la declaración de conformidad y descargarla en la página gg-doc.com/skytec. Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI. Probado según la norma EN ISO 21420:2020.

FR - Gant d'examen en nitrile à usage unique. Non poudré. Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel. Finition texturée. Non stérile. Prévient les allergies de type I. La protection est limitée à la main. Veuillez consulter un médecin en cas d'irritation. Obsolescence : - Lorsque le produit est stocké conformément aux recommandations, il ne subira aucune modification de ses propriétés chimiques pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie utile ne peut être spécifiée. Elle dépend de l'application qu'en fait l'utilisateur et s'il s'assure que le gant convient à l'usage auquel il est destiné. Veuillez vérifier que les gants ne présentent pas de défauts ou d'imperfections avant chaque utilisation. Utilisation non adaptée des gants : - La sensibilité tactile et la dextérité diminuent avec un gant mal ajusté, ce qui peut entraîner une fatigue des mains et des doigts. Une mauvaise taille et un mauvais ajustement conduisent à une protection des mains inefficace. Enfilage des gants : - Choisissez la taille de gant adaptée. Veuillez vérifier que les gants ne sont pas endommagés ou contaminés avant chaque utilisation. Le cas échéant, jetez les gants immédiatement. Désenfilage des gants : - Retirez le gant dès que vous constatez qu'il est usé ou endommagé. Lorsque le gant est recouvert d'un contaminant qui peut pas être nettoyé ou qui présente une potentielle, il est conseillé d'enlever alternativement les gants gauche et droit en utilisant la main gantée de manière à ce que les gants soient enlevés sans que le contaminant entre en contact avec la peau. Hygiène des mains : - Pour une hygiène des mains efficace, lavez-vous soigneusement les mains avant d'enfiler les gants et après les avoir retirés. Les gants usagés doivent être incinérés ou jetés conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation. Pour accéder à la déclaration de conformité et la télécharger, veuillez vous rendre sur le site gg-doc.com/skytec. Le produit est conforme au règlement EPI (UE) 2016/425. Testé selon la norme EN ISO 21420:2020.

IT - Guanto monouso in nitrile per esami medici. Senza polvere. Realizzato senza lattice di gomma naturale. Finitura testurizzata. Non sterile. Previene le allergie di tipo I. La protezione è limitata esclusivamente alle mani. In caso di irritazioni, consultare un medico. Obsolescenza: se il prodotto viene conservato secondo le modalità consigliate, le sue caratteristiche chimiche rimarranno inalterate per un massimo di 5 anni dalla data di produzione. Non è possibile fornire un'indicazione specifica sulla durata del guanto, perché dipende dal tipo di applicazione. L'utente si assume la responsabilità di verificare l'idoneità per l'uso previsto. Ispezionare i guanti prima dell'uso e assicurarsi che non presentino difetti o imperfezioni. Utilizzo inappropriato: un guanto che non aderisce bene alla mano riduce la sensibilità tattile e la manualità e potrebbe causare un affaticamento della mano e delle dita. L'uso di guanti della taglia sbagliata o poco aderenti può ridurre il livello di protezione della mano. Almomento di indossare i guanti: scegliere guanti della taglia corretta. Ogni volta, prima di indossare il guanto, verificare che non siano danneggiati o contaminati. Se si notano danni o segni di contaminazione, gettare i guanti. Rimozione del guanto: se un guanto dovesse squarciare danneggiarsi o usurarsi, rimuovere immediatamente. Se i guanti dovessero essere ricoperti di sostanze contaminanti che non possono essere rimosse o se presentano altri tipi di rischi potenziali, è consigliabile rimuoverli gradualmente, alternando prima una mano e poi l'altra, in modo da mantenere le mani protette ed evitare il contatto dei contaminante con la pelle. Igiene delle mani: per una corretta igiene, lavare accuratamente le mani prima di indossare i guanti e dopo la rimozione. I guanti usati devono essere inceneriti o smaltiti in conformità alle autorità locali. Per leggere e scaricare la Dichiarazione di conformità, visitare gg-doc.com/skytec. Il prodotto risulta conforme al regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. Testato in conformità a EN ISO 21420:2020.

NL - Nitril onder zoekshandschoen voor eenmalig gebruik. Poedervrij. Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex. Getextureerde afwerking. Niet-steriel. Voorkomt allergieën van type I. De bescherming beperkt zich tot de hand. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Veroudering bij opslag onder de aanbevolen omstandigheden: tijdens het product geen veranderingen in chemische eigenschappen ondergaan tot 5 jaar na de productiedatum. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en is afhankelijk van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Inspecteer de handschoenen voor gebruik op defecten of onvolkomenheden. Onjuist gebruik van de handschoenen: de tactiele gevoeligheid en de beweeglijkheid zijn minder bij slecht passende handschoenen; dit kan vermoeidheid in de handen en vingers veroorzaken. Een verkeerde maat en een slechte pasvorm leiden tot minder goede bescherming van de handen. Handschoenen aantrekken: kies de juiste handschoenmaat. Controleer de handschoen vóór elk gebruik op eventuele beschadigingen of vervuiling. Gooi ze weg als ze beschadigd of vervuild zijn. Handschoenen uittrekken: trek de handschoenen uit zodra u slijtage of beschadiging vaststelt. Als de handschoen bedekt is met een verontreiniging die niet te verwijderen is of die een potentieel gevaar inhoudt, is het raadzaam om bevelige bij bevelige alvleesklend de linker- en rechter handschoen uit te trekken met de gehandschoende hand, zodat de handschoenen worden uitgetrokken zonder dat de verontreiniging in contact komt met de huid. Handhygiëne: voor een goede handhygiëne moeten de handen grondig worden gewassen voordat de handschoenen worden aangetrokken en nadat handschoenen zijn uitgetrokken. Gebruikte handschoenen moeten worden verwijderd door middel van verbranding of volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten. Voor het inzien en downloaden van onze conformiteit sverklaring kunt u terecht op gg-doc.com/skytec. Het product voldoet aan de PBM-verordening (EU) 2016/425. Getest overeenkomstig EN ISO 21420:2020.

PL - Jednorazowe nitrylowe rękawice diagnostyczne. Bezpudrowe. Nie zawierają lateksu naturalnego. Teksturowane wykończenie. Niejałowe. Zapobiegają alergiom typu I. Ochrona jest ograniczona tylko do dłoni. Jeśli wystąpi podrażnienie, należy zasięgnąć porady lekarza. Starzenie się: produkt przechowywany zgodnie z zaleceniami nie zmieni swoich właściwości chemicznych przez okres do 5 lat od daty produkcji. Nie można określić okresu użytkowania, ponieważ zależy on od zakresu zastosowania i odpowiedzialności użytkownika za upewnienie się, że rękawice nadają się do tego zastosowania. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości. Niewłaściwe używanie rękawic: zbyt dopasowanie rękawic obniża czucie i sprawność manualną, mogąc powodować zmęczenie dłoni palców. Niewłaściwy rozmiar i źle dopasowanie prowadzą do słabej ochrony dłoni. Zakładanie rękawic: wybierz odpowiedni rozmiar rękawic. Przed każdym użyciem rękawic sprawdź, czy nie są fizycznie uszkodzone lub zanieczyszczone. Wyrzuć je, jeśli stwierdzisz jakąkolwiek uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Zdejmowanie rękawic: zdejmuj rękawice, gdy tylko zauważysz oznaki zużycia lub uszkodzenia. Gdy rękawica jest pokryta zanieczyszczeniem, którego nie można usunąć lub które stanowi potencjalne zagrożenie, zaleca się naprzemienne zdejmowanie lewej i prawej rękawicy używając dłoni w rękawicy, tak aby rękawice zostały zdjęte bez kontaktu zanieczyszczeniaz skórą. Higiena rąk: aby zachować higienę rąk, przed założeniem i po zdjęciu rękawic należy odkażanie umyć ręce. Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z przepisami władz lokalnych. Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania na stronie gg-doc.com/skytec. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Przetestowano zgodnie z normą EN ISO 21420:2020.

PT - Luva descartável de exame de nitrilo. Isenta de pó. Não fabricada com látex de borracha natural. Acabamento texturizado. Não-estéril. Evita alergias tipo I. A proteção é limitada apenas à mão. Se surgir irritação, procure orientação médica. Obsolescência: - Quando armazenada conforme recomendado, o produto não sofrerá alteração nas propriedades químicas por até 5 anos a partir da data de fabrico. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e responsabilidade do utilizador para verificar a adequação da luva para o uso pretendido. Antes da utilização, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições. Uso inadequado das luvas: - A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com uma luva mal ajustada, o que pode provocar fadiga nas mãos e dedos. O tamanho errado e o ajuste inadequado comprometem a proteção deficiente das mãos. Colocação das luvas: - Escolha o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso da luva. Descarte se houver algum dano ou contaminante. Retirada da luva: - Remova luva assim que notar desgaste ou dano. Quando aluva estiver cobertapor um contaminante que não seja removível ou apresente um perigo potencial, é aconselhável retirar a luva esquerda e direita alternadamente usando a mão enluvada para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contacto com a pele. Higiene da mãos: - Para manter a higiene das mãos, lave bem as mãos antes de calçar as luvas se depois de retirá-las. As luvas usadas devem ser descartadas por incineração ou de acordo com a regulamentação das autoridades locais. Para aceder e baixar a Declaração de Conformidade, visite gg-doc.com/skytec. O produto está em conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425. Testada de acordo com EN ISO 21420:2020.

TR - Tek kullanımlık nitril kontrol eldiveni, Toz içermez. Doğal Kauçuk Lateksle Üretilmemiştir. Dokulu Yüzey. Steril Değildir. Tip I Alerjileri Önler. Koruma sadece elle sınırlıdır. Tahriş oluşursa tıbbi yardım alın. Eskime: -Önerilen şekilde depolandığında ürünün kimyasal özelliklerinin üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadar değişmez. Hizmet ömrü belirtilemez ve uygulama yapan kullanıcının eldiveninkullanım amacına uygunluğunu tespit etme sorumluluğunga bağlıdır. Kullanmadan önce eldivenlerde herhangi bir kusur veya eksiklikolup olmadığını kontrol edin. Uygunsuz eldiven kullanımı: - Eğer tam olarak uymayan eldivenler dokunsal hassasiyet ve el becerisini azaltır, bu da yorgunluğa neden olabilir. Yanlış beden ve uyumsuzluk, elkorumasının azalmasına neden olur. Eldiven giyme: - Uygun eldiven boyutunu seçin. Eldiveni her kullanımdan önce herhangi bir fiziksel hasar veya kirlenme olup olmadığını kontrol edin. Herhangibir hasar veyakirletici varsa atın. Eldiven çıkarma: - Aşırma veya hasar gördüğünüz anda eldiveni çıkarın. Eldiven çıkarılamayan veyapotansiyel bir tehlike arz eden bir kirletici ile kaplandığında, eldiveni el kulla nılarak sol ve sağ eldivenlerin dönüşümlü olarak çıkarılması tavsiye edilir, böylece eldivenler kirletici cilde temas etmeden çıkarılır. El Hijyeni: - El hijyenini korumak için eldiven giymeden önce ve eldivenleri çıkardıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kullanılmış eldivenler yakılarak veya yerel makamların yönetmelikleri inceleyerek uygun olarak imha edilmelidir. Uygunluk Beyanına erişmek ve indirmek için lütfen gg-doc.com/skytec adresine gidin. Ürün, PPE yönetmeliği (AB) 2016/425 ile uyumludur. EN ISO 21420:2020'a göre test edilmiştir.

HI - एक बार के उपयोग वाले नाइट्राइल परीक्षण दस्तानेPाउडर-मुक्ता. पराकृतिक रबर लेटेक्स से नहीPबनाई गई है। टेक्सचर की फिनिश वाला। गैर-स्टेराइल. टाइप I एलर्जी की रोकथाम करता है। सरक्षण केवल हाथों तक सीमित है। यदि जलन हो तो चिकित्सक सलाह ले। परीना पड़ना: -अनुशंसा के अनसार स्टोर करने पर उत्पाद के गुणधर्मों की तीरीख से 5 साल तक रासायनिक गुणों मे कोई बदलाव नही आएगा। सेवा जीवन तय नही करी जा सकता है और यह इसके विशेष उपयोग के लिए इस उपयोग के लिए उपयुक्तता सनिश्चित करना के लिए उपयोग और उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। उपयोग करने से पहले, इस दस्ताने का निरीक्षण करें, वे किसी कोई खराबी या कमी न हो। अनुचित दस्ताने का उपयोग: खराब फिटिंग वाले दस्ताने से सपरश संवेदनीशीलता और नपिणता कम हो जाती है, जिससे हाथो और उंगलीयों में थकान हो सकती है। गलत साइज और खराब फिटिंग से हाथों की सरक्षा पर गलत असर होता है। दस्ताने पहनना: - दस्तानो का उचित साइज चनो। इस दस्ताने के परत्येक उपयोग से पहले कोई भी भौतिक कषति या सदषण की जाच करें। यदि कोई कषति या सदषण दखि तो इस हटा दे। दस्ताने उतारना: - जैसे ही आप दस्ताने को चरित्र या कषतगरसत होते देखें वो उसे हटा दे। जब दस्ताने पर कोई ऐसा दषित पदारथ पड़ा हो जो हटाने योगय नहीं है या सभावित खतरा पैदा करता है तो संलाह दी जाती है कि उस दस्ताने वाले हाथ को उपयोग करते हुए बाएं और दाएं दस्तानो को बारी-बारी से उतारें ताकी उस दषित पदारथ के तवचा के संपरक मे आए बिना दस्ताने हटा दिए जाएं। हाथ की सवचछता: - हाथ की सवचछता बनाए रखने के लिए दस्ताने पहनने से पहले और दस्तानो उतारने के बाद हाथो को अचछी तरह से धोएं। उपयोग कि गए दस्तानो को जलाकर या सथानीय अधिकत नियमो के अनसार नपिटाया जाना चाहिए। अनपयता की घोषणा तक पहुचने और डाउनलोड करने के लिए कृपया gg-doc.com/skytec पर जाएं। यह उत्पाद PPE वनियम (EU) 2016/425 के अनपालन मे है। EN ISO 21420:2020 अनसार परीकषण किया गया है।

AR - قفاز فحص من النترايل للاستخدام مرة واحدة. خالٍ من البودرة. غير مصنوع من المطاط الطبيعي. ملمس خشن. غير معقم. يمنع الحساسية من النوع الأول. تقتصر الحماية على الأيدي فقط. في حالة حدوث تهيج، اتصل بالمساعدة الطبية التقني: - عند التخزين على النحو الموصى به، لن يحدث أي تغير في الخواص الكيميائية لمنتجك لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ التصنيع. لا يمكن تحديد العمر الافتراضي ويتوقف ذلك على الاستخدام ومسؤولية المستخدم من حيث التأكد من مدى ملاءمة القفاز للاستخدام المقصود. قبل الاستخدام افحص القفازات بحثًا عن أي عيوب أو نقائص. الاستخدام غير السليم للقفازات: - تنخفض حساسية اللمس وحسنوي للهارة عند استخدام قفاز غير ملائم. مما قد يؤدي إلى إرهاق اليدين وأصابع. كما أن استخدام مقاس غير صحيح والارتداء الفضل يؤدي إلى وهن في عضلات اليدين. ارتداء القفازات: - اختر مقاس القفاز المناسب. تحقق من عدم وجود أي أضرار مادية أو تلوث قبل كل استخدام. تخلص من القفازات في حالة وجود أي تلف أو تلوث. خلع القفاز: - اخرج القفاز بمجرد أن تظهر عليه أي علامات تمزق أو تلف. إذا كان القفاز ملوثًا بمادة لا يمكن إزالتها أو يشكل خطرًا محتملاً، فمن الموصى به خلع القفازين الأيسر والأيمن بالتناوب باستخدام اليد المغطاة حتى يتم إزالة القفازات دون ملامسة المادة الملوثة للجلد. نظافة اليدين: - للحفاظ على نظافة اليدين بشكل صحي، اغسل يديك جيدًا قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها. يجب التخلص من القفازات المستعملة عن طريق الحرق أو وفقًا للوائح السلطات المحلية. للوصول إلى إعلان المطابقة وتنزيله، يُرجى زيارة gg-doc.com/skytec. تم اختبار هذا المنتج وفقًا للمواصفة EN ISO 21420:2020 وهو يفي بمتطلبات لائحة معدات الوقاية الشخصية (PPE) الأحادية الأوروبية 425/2016.

ENISO 374-1: 2016+A1:2018/ TYPE B

KPT

Chemical	Code Letter	Breakthrough Time	Level	Mean Degradation % EN ISO 374-4:2019
40% Sodium Hydroxide	K	>480 min	6	-68.1
30% Hydrogen Peroxide	P	>30 min	2	30.5
37% Formaldehyde	T	>240 min	5	9.5

Performance Level	1	2	3	4	5	6
Breakthrough Time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Degradation levels indicate the change in Puncture Resistance of the glove after exposure to the challenge chemical

ENISO 374-5:2016

VIRUS

Performance Level	AQL	Inspection Levels
Level 3	<0.65	G1
Level 2	<1.5	G1
Level 1	<4.0	S4

Tested in accordance to EN ISO 374-2:2019
Penetration air leak: PASS
Penetration water leak: PASS
Performance level: Level 2

Micro-organisms risk in accordance with EN ISO 374-5:2016
Protection against bacteria and fungi: PASS
Protection against Viruses: PASS

Products conforms to the requirements of: EU regulation 2016/425 of the European Parliament of the Council as Personal Protective Equipment (PPE). Type examination certificate Module B issued and Module D assessment carried out by: EU: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland (Notified body No. 2777).

Intended: Medical and PPE Cat III

Comply to MDR 2017/745 Class I

2777 Comply to PPE Regulation 2016/425 Cat III

STATEMENT AND CAUTION Test results are taken from palm area of the glove. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to the differentiation between mixtures and pure chemicals and other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to other influencing factors. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. There are no possible allergens within the glove that are known to cause harm to the wearer. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections

GLOBUS

Manufacture: **Globus (Shetland) Ltd,** 72 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UK | T: +44 (0)161 877 4747 | www.globusgroup.com

Globus EMEA FZE, Jafza View 1, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates | T: +9714 8829962

EU REP **Globus EMEA Ltd** Authorized Representative in the European Community

Globus EMEA Ltd. 51 Dawson St. Dublin, DO2 AN25, Ireland

MADE IN CHINA

Globus is a registered trademark owned by Globus (Shetland) Ltd. © 2023 Globus (Shetland Ltd. All Rights Reserved | SKY-POK-DISP-TX424-0923_2