EN - Singleuse nitrile examination glove. Powder-Free. Not Made With Natural Rubber Latex. Textured finish. Non-Sterile. Prevents Type I Allergies. Protection is limited to the hand only. If irritation occurs seek medical advice. Obsolescence: - When stored as recommended the product will not suffer any change in chemical properties for up to 5 years from date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Inappropriate glove use: - Tactile sensitivity and dexterity reduce with a poor-fitting glove, which can cause fatigue in the hands and fingers. Wrong size and poor fitting lead to poor hand protection. Glove donning: - Choose the appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of the glove. Discard if there is any damage or contaminant. Gloveoffing: - Remove the glove as soon as you see wearing or damage. When the glove is covered in a contaminant that is not removable or presents a potential hazard it is advisable to cease left and right gloves off at relatively using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting the skin. Hand Hygiene: - To maintain hand hygiene wash hands thoroughly before donning gloves and after removing gloves. Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. To access and download Declaration of Conformity please visit gg-doc.com/sktytec. The product is in compliance with the PPE regulation (EU) 2016/425. Tested according to EN ISO 21420:2020.

DE - Einweg-Untersuchungshandschuh aus Nitril. Puderfrei. Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. Struktur ist der Oberfläche. Nicht keimfrei. Vermeidet Allergien vom Typ I. Der Schutz ist nur auf die Hand beschränkt. Bei Auftreten von Reizungen suchen Sie einen Arzt auf. Obsolescenz: Wenn das Produkt wie empfohlen gelagert wird, verändert es seine chemischen Eigenschaften bis zu 5 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt vom Einsatzbereich ab. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Handschuhs für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Schäden und Mängel. Unangemessener Gebrauch der Handschuhe: - Bei schlecht sitzenden Handschuhen verringern sich Tastempfinden und Fingerfertigkeit, was zu Ermüdung der Hände und Finger führen kann. Falsche Größe und schlechter Sitz führen zu verringertem Handschutz. Anziehen der Handschuhe: Wählen Sie die richtige Handschuhgröße. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jedem Gebrauch auf physische Schäden oder Verunreinigungen. Entsorgen Sie beschädigte und verunreinigte Handschuhe. Ausziehen der Handschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe aus, sobald Sie Verschleiß oder Beschädigungen feststellen. Wenn der Handschuh mit einer Verunreinigung bedeckt ist, die nicht entfernt werden kann oder eine mögliche Gefahr darstellt, sollten beide Handschuhe abwechselnd mit der behandschuhten Hand ausgezogen werden, sodass die Verunreinigung nicht mit der Haut in Berührung kommt. Handhygiene: Um die Handhygiene aufrechtzuerhalten, waschen Sie sich die Hände gründlich vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Handschuhe. Gebrauchte Handschuhe sollten verbrannt oder gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt werden. Die Konformitätserklärung können Sie unter gg-doc.com/sktytec aufrufen und herunterladen. Das Produkt ist konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Geprüft nach EN ISO 21420:2020.

ES - Guante de examen de nitrilo de un solo uso. Sin polvo. No fabricado con látex de caucho natural. Acabado texturizado. No estéril. Evita alergias de tipo I. La protección se limita únicamente a la mano. En caso de irritación, consulte a su médico. Obsolescencia: Si el producto se almacena según las recomendaciones, sus propiedades químicas no van a cambiar hasta 5 años después de la fecha de fabricación. No es posible precisar su vida útil, ya que depende del uso que se haga de él y de la exposición bilateral del usuario a la hora de determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Antes de utilizar los guantes, compruebe que no tienen defectos o imperfecciones. Uso inadecuado de los guantes: La sensibilidad táctil y la destreza se reducen cuando los guantes no están correctamente ajustados, lo que puede provocar fatiga en las manos y los dedos. Utilizar un tamaño inadecuado o no ajustarlos bien disminuye la protección de las manos. Colocación de los guantes: Escoja guantes de tamaño adecuado. Cada vez que vaya a utilizar un guante, verifique previamente si existen daños físicos o contaminación. De ser así, deséchelo. Retirada de los guantes: Quítese los guantes en cuanto note daños o cuando sea oportuno. Si un guante está cubierto por una sustancia contaminante que no puede retirarse o que presenta un riesgo potencial, se recomienda ir quitando los guantes derecho e izquierdo alternativamente de modo que la mano que utilice esté siempre cubierta para que la sustancia contaminante no entre en contacto con la piel. Higiene de manos: Para mantener la higiene de manos, lávelas concienzudamente antes de colocar los guantes y una vez retirados. Los guantes usados deben eliminarse mediante incineración o según se indique en la normativa de las autoridades locales. Puede acceder a la declaración de conformidad y descargarla en la página gg-doc.com/sktytec. Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI. Probado según la norma EN ISO 21420:2020.

FR - Gant d'examen en nitrile à usage unique. Non poudré. Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel. Finition texturée. Non stérile. Prévient les allergies de type I. La protection est limitée à la main. Veuillez consulter un médecin en cas d'irritation. Obsolescence: - Lorsque le produit est stocké conformément aux recommandations, il ne subira aucune modification de ses propriétés chimiques pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie utile ne peut être spécifiée. Elle dépend de l'application qu'en fait l'utilisateur et s'il s'assure que le gant convient à l'usage auquel il est destiné. Veuillez vérifier que les gants ne présentent pas de défauts ou d'imperfections avant chaque utilisation. Utilisation non adaptée des gants : - La sensibilité tactile et la dextérité diminuent avec un gant mal ajusté, ce qui peut entraîner une fatigue des mains et des doigts. Une mauvaise taille et un mauvais ajustement conduisent à une protection des mains inefficace. Enfilage des gants : - Choisissez la taille de gant adaptée. Veuillez vérifier que les gants ne sont pas endommagés ou contaminés avant chaque utilisation. Le cas échéant, jetez les gants immédiatement. Désenfilage des gants : - Retirez le gant dès que vous constatez qu'il est usé ou endommagé. Lorsque le gant est recouvert d'un contaminant qui ne peut pas être nettoyé ou qui présente un risque potentiel, il est conseillé d'enlever alternativement les gants gauche et droit en utilisant la main gantée de manière à ce que les gants soient enlevés sans que le contaminant n'entre en contact avec la peau. Hygiène des mains: - Pour une hygiène des mains efficace, lavez-vous soigneusement les mains avant d'enfiler les gants et après les avoir retirés. Les gants usagés doivent être incinérés ou jetés selon la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation. Pour accéder à la déclaration de conformité et la télécharger, veuillez vous rendre sur le site gg-doc.com/sktytec. Le produit est conforme au règlement EPI (UE) 2016/425. Testé selon la norme EN ISO 21420:2020.

IT - Guanto monuso in nitrile per esame medico. Senza polvere. Realizzato senza lattice di gomma naturale. Finitura texturizzata. Non sterile. Previene le allergie di tipo I. La protezione è limitata esclusivamente alle mani. In caso di irritazioni, consultare un medico. Obsolescenza: se i prodotti viene conservato secondo le modalità consigliate, le sue caratteristiche chimiche rimarranno inalterate per un massimo di 5 anni dalla data di produzione. Non è possibile fornire un'indicazione specifica sulla durata del guanto, perché dipende dal tipo di applicazione. L'utente si assume la responsabilità di verificare l'idoneità per l'uso previsto. Ispezionare i guanti prima dell'uso e assicurarsi che non presentino difetti o imperfezioni. Utilizzo inappropriato: un guanto che non aderisce bene alla mano riduce la sensibilità al tatto e la manualità e potrebbe causare un affaticamento delle mani e delle dita. L'uso di un guanto di taglia sbagliata o poco aderente può ridurre il livello di protezione della mano. A momento di indossare i guanti: scegliere guanti della taglia corretta. Ogni volta che si fa uso di un guanto, verificare che non siano danneggiati o contaminati. Se si notano danni o segni di contaminazione, gettare i guanti. Rimozione dei guanti: se un guanto dovesse apparire danneggiato o usurato, rimuoverlo immediatamente. Se i guanti dovessero essere ricoperti di sostanze contaminanti che non possono essere rimosse o se presentano altri tipi di rischi potenziali, si consiglia di rimuoverli gradualmente, alternando primamano mano e poi fatta, in modo da mantenere la mani protette ed evitare il contatto del contaminante con la pelle. Igiene delle mani: per una corretta igiene, lavare accuratamente le mani prima di indossare i guanti e dopo la rimozione. I guanti usati devono essere inceriti o smaltiti in conformità alle disposizioni delle autorità locali. Per leggere e scaricare la Dichiarazione di conformità, visitare gg-doc.com/sktytec. Il prodotto è conforme al regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. Testato in conformità a EN ISO 21420:2020.

NL - Nitril onderzoekshandschoen voor eenmalig gebruik. Poedervrij. Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex. Geëxtureerde afwerking. Niet-steriel. Voorkomt allergieën van type I. De bescherming beperkt zich tot de hand. Raadpleeg een arts bij ongemak. Obsolescentie: Wanneer u de producten bewaart zoals aanbevolen wordt de chemische eigenschappen ondergaan tot 5 jaar na de productiedatum. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en is afhankelijk van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op defecten of onvolkomenheden. Onjuist gebruik van de handschoenen: de tactile gevoeligheid en de bewegelijkheid zijn minder bij slecht passende handschoenen; dit kan vermoeidheid in de handen en vingers veroorzaken. Een verkeerde maat en een slechte passvorm leiden tot minder goede bescherming van de handen. Handschoenen aantrekken: kies de juiste handschoenmaat. Controleer de handschoen vóór elk gebruik op eventuele beschadigingen of vervuiling. Gooi ze weg als ze beschadigd of vervuild zijn. Handschoenen uittrekken: trek de handschoenen uit zodra u slijtage of beschadiging vaststelt. Als de handschoen bedekt is met een verontreiniging die niet te verwijderen is of die een potentieel gevaar inhoudt, is het raadzaam om beetje bij beetje afwisselend de linker- en rechterhandschoen uit te trekken met de gehandschoende hand, zodat de handschoenen worden uitgetrokken zonder dat de verontreiniging in contact komt met de huid. Handhygiëne: voor een goede handhygiëne moeten de handen grondig worden gewassen voordat de handschoenen worden aangetrokken en na de handschoenen zijn uitgetrokken. Gebruikte handschoenen moeten worden verwijderd door middel van verbranding of volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten. Voor het inzien en downloaden van onze conformiteitsverklaring kunt u terecht op gg-doc.com/sktytec. Het product voldoet aan de PBM-verordening (EU) 2016/425. Getest overeenkomstig EN ISO 21420:2020.

PL - Jednorazowe nitrylowe rękawice diagnostyczne. Bezpudrowe. Nie zawierają lateksu naturalnego. Teksturowane wykończenie. Niejałowe. Zapobiegają alergom typu I. Ochrona jest ograniczona tylko do dłoni. Jeśli wystąpi podrażnienie, należy zasięgnąć porady lekarza. Starzenie się: produkt przechowywany zgodnie z zaleceniami nie zmieni swoich właściwości chemicznych przez okres do 5 lat od daty produkcji. Nie można określić okresu użytkowania, ponieważ zależy on od celu oraz zastosowania i odpowiedzialności użytkownika za upewnienie się, że rękawice nadają się do tego zastosowania. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości. Niewłaściwe użycie rękawic: - Bez odpowiednio pasujących rękawic obniża czułość i zręczność palców. Niewłaściwy rozmiar i złe dopasowanie prowadzą do słabej ochrony dłoni. Zakładanie rękawic: wybierz odpowiedni rozmiar rękawic. Przed każdym użyciem rękawic sprawdź, czy nie są fizycznie uszkodzone lub zanieczyszczone. Wyrzuć je, jeśli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Zdejmowanie rękawic: zdejmij rękawicę, gdy tylko zauważysz oznaki zużycia lub uszkodzenia. Gdy rękawica jest pokryta zanieczyszczeniem, którego nie można usunąć lub które stanowi potencjalne zagrożenie, zaleca się naprzemienne zdejmowanie lewej i prawej rękawicy używając dłoni w rękawicy, tak aby rękawice zostały zdjęte bez kontaktu zanieczyszczenia ze skórą. Higiena rąk: aby zachować higienę rąk, przed założeniem i po zdjęciu rękawic należy dokładnie umyć ręce. Zużyte rękawice należy utylizować poprzez spalenie lub zgodnie z przepisami władz lokalnych. Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania na stronie gg-doc.com/sktytec. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Przetestowano zgodnie z normą EN ISO 21420:2020.

PT - Luva de castoral de exame de nitrilo. Isenta de pó. Não fabricada com látex de borracha natural. Acabamento texturizado. Não-estéril. Evita alergias tipo I. A proteção é limitada apenas à mão. Se surgir irritação, procure orientação médica. Obsolescência: - Quando armazenada conforme recomendado, o produto não sofrerá alteração nas propriedades químicas por até 5 anos a partir da data de fabrico. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e responsabilidade do utilizador para verificar a adequação da luva para o uso pretendido. Antes da utilização, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições. Uso inadequado das luvas: - A sensibilidade tátil e a destreza diminuem quando as luvas não estão corretamente ajustadas, o que pode provocar fadiga nas mãos e dedos. A tamanho errado e ajuste deficiente das mãos. Colocação das luvas: - Escolha o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso da luva. Descarte se houver algum dano ou contaminante. Retirada da luva: - Remova a luva assim que notar desgaste ou dano. Quando a luva estiver coberta por um contaminante que não seja removível ou apresente um perigo potencial, é aconselhável retirar as luvas esquerda e direita alternadamente usando a mão enluvada para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contacto com a pele. Higiene das mãos: - Para manter a higiene das mãos, lave bem as mãos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las. As luvas usadas devem ser eliminadas por incineração ou de acordo com a regulamentação das autoridades locais. Para aceder e baixar a Declaração de Conformidade, visite gg-doc.com/sktytec. O produto está em conformidade com o regulamento (UE) 2016/425. Testado de acordo com EN ISO 21420:2020.

TR - Tek kullanımlık nitril kontrol eldiveni. Toz içermez. Doğal Kauçuk Lateks ile Üretilmemiştir. Dokulu Yüzey. Steril Değildir. Tip I Alerjileri Önler. Koruma sadece el ile sınırlıdır. Tahriş olugsursa tıbbi yardım alın. Eskime: -Önerilen şekilde depolandığında ürünün kimyasal özellikleri üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadar değişmez. Hizmet ömrü belirtilemez ve uygulamaya ve kullanıcının eldiverin kullanım amacına uygunluğunu tespit etme sorumluluğuna bağlıdır. Kullanmadan önce eldivenlerde herhangi bir kusur veya eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Uygunsuz eldiven kullanımı: - Ele tam oturmayan eldivenler dokunsal hassasiyet ve el becerisini azaltır, bu da ellerde ve parmaklarda yorgunluğa neden olabilir. Yanlış bedenve uygunsuzlık, elkorumasının zalımasına neden dur. Eldiven giyme: - Uygun eldiven boyutunu seçin. Eldivenlhe kullanmadan once herhangibir fizikselhasar veya kirlenme olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar veya kirlet ilcse sa ılın. Eldiven çıkarma: - Aşınma veya hasar gördüğünüz anda eldiveni çıkarın. Eldiven çıkarılamayan veya potansiyel bir tehlike arz eden bir kirletici ile kaplandığında, eldivenlil kullanılarak solve saq eldivenlerin dönüşümlü olarak çıkarılmasıtavsiye edilir, böylece eldivenler kirletici cildle temas etmeden çıkarılır. EH Hijeni: - Ehijyenik konumak için eldiven giymeden önce ve eldiveriteri çıkardıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kullanılmış eldivenler yalnızca yerel makamların yetkililerine uygun olarak imha edilmelidir. Uygunluk Beyanna er İçmek ve indirmek için lütfen gg-doc.com/sktytec adresine gidin. Ürün, PPE Yönetmeliği (AB) 2016/425 ile uyumludur. EN ISO 21420:2020'a göre test edilmiştir.

HU - Egy kar- és ujvédő nitril egyszer használatos vizsgálati kesztyű. Porzáró nélküli. Nem tartalmaz gumi latex alapú anyagot. Szövetszerű felület. Nem steril. Megakadályozza az I. típusú allergiás reakciókat. Az I. típusú allergiás reakciókat a kezeléssel szemben. Ha bőrirritáció lép fel, forduljon orvoshoz. Az öregedés: Ha a termékeket az ajánlottak szerint tárolja, a termék kémiai tulajdonságai legfeljebb 5 évig nem fognak megváltozni a gyártási dátumtól. A szavatossági idő nem adható meg, és az adott alkalmazástól és a felhasználó felelősségétől az ellenőrzés az egyszer ellenőrzi, hogy a kesztyű megfelel-e a szándékolt felhasználásnak. Ellenőrizze a kesztyűket minden felhasználás előtt, hogy nincsenek-e rajtuk sérülések vagy szennyeződés. Ha sérülést vagy szennyeződés tapasztal, ne használja fel a kesztyűket. Nem megfelelő felhasználás: - A kesztyű nem megfelelő illeszkedése csökkenti a tapintási érzékenységet és a kézügyességet, ami fáradtságot okozhat a kezekben. A nem megfelelő méret és illeszkedés csökkenti a kéz védelmét. Felvétel: válassza ki a megfelelő méretű kesztyűt. Ellenőrizze a kesztyűt minden felhasználás előtt fizikai sérülések vagy szennyeződés szempontjából. Ha sérülést vagy szennyeződést tapasztal, ne használja fel a kesztyűket. Levétel: vegye le a kesztyűt, amint elkopást vagy sérülést tapasztal. Ha a kesztyű szennyeződéssel van borítva, amely nem távolítható el, vagy potenciális veszélyt jelent, ajánlott a bal és jobb kesztyű váltakozó levétele a kesztyűs kéz használatával, hogy a kesztyűk úgy legyenek eltávolítva, hogy a szennyeződés ne érintkezzen a bőrrel. Kézhigiénia: a kézhigiénia megőrzése érdekében alaposan mossa meg a kezét, mielőtt felveszi a kesztyűt, és a levétel után. A felhasznált kesztyűket a helyi hatóságok szabályai szerint égetéssel ártalmatlanítani kell. A megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez és letöltéséhez látogassa meg a gg-doc.com/sktytec webhelyet. A termék megfelel az EU 2016/425 PPE szabályzatának. Tesztelve az EN ISO 21420:2020 szerint.

RO - Mănuşă de examinare din nitrile pentru o singură folosinţă. Fără pudră. Nu este realizat din latex de cauciuc natural. Finisaj texturizat. Nu este sterilizat. Previne alergiile de tip I. Protecţia este limitată numai la mână. În cazul în care apare o iritaţie, consultaţi un medic. Obsolescenţă: Dacă produsul este depozitat conform recomandărilor, acesta nu va suferi modificări ale proprietăţilor chimice pe o perioadă de maxim 5 ani de la data fabricaţiei. Durata de viaţă nu poate fi specificată. Aceasta depinde de aplicare şi de responsabilitatea utilizatorului de a verifica dacă mănuşa este potrivită pentru scopul prevăzut. Înainte de utilizare, inspectaţi mănuşile pentru orice defecţiune sau imperfecţiune. Utilizare inadecvată a mănuşilor: - Sensibilitatea tactilă şi dexteritatea se reduc atunci când mănuşile nu sunt ajustate corespunzător, ceea ce poate provoca oboseală la mâini şi degete. Mărime greşită şi ajustare slabă a mâinilor reduce protecţia mâinilor. Purtarea mănuşilor: - Alegeţi mărimea potrivită a mănuşilor. Verificaţi dacă nu au apărut deteriorări fizice sau contaminare înainte de fiecare utilizare. Aruncaţi-le dacă sunt deteriorate sau contaminate. Scoaterea mănuşilor: - Scoateţi mănuşile de îndată ce observaţi uzura sau deteriorarea. Dacă o mănuşă este acoperită cu o substanţă care nu poate fi îndepărtată sau care prezintă un pericol potenţial, se recomandă ca mănuşile stânga şi dreapta să fie scoase alternativ folosind mâna acoperită de mănuşă, astfel ca mănuşile să fie scoase fără ca substanţa contaminantă să intre în contact cu pielea. Igiena mâinilor: - Pentru o igienă a mâinilor, spălaţi-vă bine mâinile înainte de a purta mănuşile şi după ce le-aţi scos. Mănuşile folosite trebuie eliminate prin incinerare sau conform legislaţiei locale. Pentru a accesa şi descărca Declaraţia de Conformitate, vizitaţi gg-doc.com/sktytec. Produsul este în conformitate cu regulamentul privind EPI (UE) 2016/425. Testat de acordă cu EN ISO 21420:2020.

SK - Nitrilové vyšetrovacie rukavice na jednorazové použitie. Bez prášku. Nie sú vyrobené z prírodného latexu. Povrchová úprava s textúrou. Nie sterilné. Zabraňujú alergickej reakcii typu I. Ochrana je obmedzená iba na ruku. Ak sa vyskytne podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc. Starnutie: Ak sa výrobky skladujú podľa odporúčaní, ich chemické vlastnosti nebudú ovplyvnené najviac 5 rokov od dátumu výroby. Životnosť nie je možné stanoviť a závisí od aplikácie a zodpovednosti používateľa pri overovaní vhodnosti rukavice na zamýšľané použitie. Pred použitím rukavice skontrolujte, nie sú na nich prítomné akékoľvek nedostatky alebo nedokonalosti. Nesprávne používanie rukavíc: - Citlivosť na dotyk a zručnosť sú menšie, keď rukavice nie sú správne nasadené, čo môže spôsobiť únavu rúk a prstov. Nesprávna veľkosť a zlé nasadenie vedú k slabej ochrane rúk. Nasadenie rukavíc: - Vyberte rukavicu s vhodnou veľkosťou. Pred každým použitím rukavíc skontrolujte, nie sú na nich prítomné akékoľvek nedostatky alebo nedokonalosti. Ak zistíte akékoľvek nedostatky alebo nedokonalosti, rukavicu zahoďte. Vyhodenie rukavíc: - Ak zistíte akékoľvek nedostatky alebo nedokonalosti, rukavicu zahoďte. Ak je rukavica pokrytá kontaminantom, ktorý nie je možné odstrániť alebo ktorý predstavuje potenciálne nebezpečenstvo, odporúčame striedavo zvliekať ľavú a pravú rukavicu, pričom ruku s rukavicou nepoužívajte na to, aby ste zabránili kontaktu kontaminantu s pokožkou. Hygiena rúk: - Na zachovanie hygieny rúk, pred nasadením rukavíc a po ich vyhodení si dôkladne umyjte ruky. Použité rukavice treba zlikvidovať v zhode s miestnymi predpismi. Vyhlásenie o zhode sa nachádza na stránke gg-doc.com/sktytec. Výrobok je v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch. Otestované podľa EN ISO 21420:2020.

SL - Enkratna nitrilna rokavica diagnostična. Brez pudra. Ne zawierają lateksu naturalnego. Teksturowane wykończenie. Nejałowe. Zapobiegają alergom typu I. Ochrona jest ograniczona tylko do dłoni. Jeśli wystąpi podrażnienie, należy zasięgnąć porady lekarza. Starzenie się: produkt przechowywany zgodnie z zaleceniami nie zmieni swoich właściwości chemicznych przez okres do 5 lat od daty produkcji. Nie można określić okresu użytkowania, ponieważ zależy on od celu oraz zastosowania i odpowiedzialności użytkownika za upewnienie się, że rękawice nadają się do tego zastosowania. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości. Niewłaściwe użycie rękawic: - Bez odpowiednio pasujących rękawic obniża czułość i zręczność palców. Niewłaściwy rozmiar i złe dopasowanie prowadzą do słabej ochrony dłoni. Zakładanie rękawic: wybierz odpowiedni rozmiar rękawic. Przed każdym użyciem rękawic sprawdź, czy nie są fizycznie uszkodzone lub zanieczyszczone. Wyrzuć je, jeśli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Zdejmowanie rękawic: zdejmij rękawicę, gdy tylko zauważysz oznaki zużycia lub uszkodzenia. Gdy rękawica jest pokryta zanieczyszczeniem, którego nie można usunąć lub które stanowi potencjalne zagrożenie, zaleca się naprzemienne zdejmowanie lewej i prawej rękawicy używając dłoni w rękawicy, tak aby rękawice zostały zdjęte bez kontaktu zanieczyszczenia ze skórą. Higiena rąk: aby zachować higienę rąk, przed założeniem i po zdjęciu rękawic należy dokładnie umyć ręce. Zużyte rękawice należy utylizować poprzez spalenie lub zgodnie z przepisami władz lokalnych. Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania na stronie gg-doc.com/sktytec. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Przetestowano zgodnie z normą EN ISO 21420:2020.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B

KPT

Chemical	Code Letter	Breakthrough Time	Level	Mean Degradation % EN ISO 374-4:2019
40% Sodium Hydroxide	K	>480 min	6	-68.1
30% Hydrogen Peroxide	P	>30 min	2	30.5
37% Formaldehyde	T	>240 min	5	9.5

Performance Level	1	2	3	4	5	6
Breakthrough Time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Degradation levels indicate the change in Puncture Resistance of the glove after exposure to the challenge chemical

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Performance Level	AQL	Inspection Levels
Level 3	< 0.65	G1
Level 2	< 1.5	G1
Level 1	< 4.0	S4

Tested in accordance to EN ISO 374-2:2019
Penetration air leak: PASS
Penetration water leak: PASS
Performance level: Level 2
Micro-organisms risk in accordance with EN ISO 374-5:2016
Protection against bacteria and fungi: PASS
Protection against Viruses: PASS

Products conforms to the requirements of: EU regulation 2016/425 of the European Parliament of the Council as Personal Protective Equipment (PPE). Type examination certificate Module B issued and Module D assessment carried out by: EU: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified body No. 2777).

Intended: Medical and PPE Cat III

Comply to MDR 2017/745 Class I

2777 Comply to PPE Regulation 2016/425 Cat III

STATEMENT AND CAUTION Test results are taken from palm area of the glove. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to the differentiation between mixtures and pure chemicals and other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemicals used in a mixture. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. There are no possible allergens within the glove that are known to cause harm to the wearer. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections.

LOT

AR - فقاز فحص من النترول للاستخدام مرة واحدة. خالي من البودر. غير مصنوع من المطاط الطبيعي. ملمس خريبي. غير معقم يمنع الحساسية من النوع الأول. تقتصر الحماية على الأيدي فقط. في حالة حدوث تهيج، التمس الطبيب. عند التخزين على النحو الموصى به، لن يحدث أي تغير في الخواص الكيميائية للمنتج لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ التصنيع. لا يمكن تحديد العمر الافتراضي ويوقف ذلك على الاستخدام والمسؤولية للمستخدم من حيث التأكد من ملاءمة القفاز للاستخدام المقصود. قبل الاستخدام، افحص القفازات بحثًا عن أي عيوب أو ظروف الاستخدام غير الملائمة للقفازات: - انخفاض حساسية اللمس ومستوى المهارة اليدوية يقلل قدرة اليدين على الإمساك بالأشياء، مما يؤدي إلى إرهاق اليدين والأصابع. تأدي الاستخدام مقاس غير صحيح وتلائم الحماية يؤدي إلى ضعف حماية اليدين. ارتداء القفاز: اختر مقاس القفاز المناسب. تحقق من عدم وجود أي أضرار مادية أو ثوب قبل كل استخدام للقفاز. تخلص من القفازات في حالة وجود أي تلف أو شوائب. خلع القفاز: - قرع القفاز بمجرد أن تلاحظ وجود أي تلف. في حالة وجود ملوث لا يمكن إزالته أو يشكل خطرًا محتملاً، فمن المفضل أن تقوم بإزالة القفازين اليمين واليسر بالتناوب باستخدام اليد المغطاة حتى يتم إزالة القفازات دون ملامسة الملوث للجلد. نظافة اليدين: - للحفاظ على نظافة اليدين، اغسل يديك جيدًا قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها. يجب التخلص من القفازات المستعملة عن طريق الحرق أو وفقًا للوائح السلطات المحلية. للوصول إلى إعلان المطابقة وتنزيله، يُرجى زيارة gg-doc.com/sktytec. المنتج متوافق مع لائحة معدات الوقاية الشخصية (الاتحاد الأوروبي) 2016/425. وقد تم اختباره طبقًا للمواصفة EN ISO 21420:2020.

GLOBUS

Manufacture **Globus (Shetland) Ltd,** T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UK | T: +44 (0)161 877 4747 | www.globusgroup.com

Globus EMEA FZE, Jafza View 1, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates | T: +971 4 882 9962

EU REP **Globus EMEA Ltd** Authorized Representative in the European Community **Globus EMEA Ltd.** 51 Dawson St. Dublin, DO2 AN25, Ireland **MADE IN CHINA**

Globus is a registered trade mark owned by Globus (Shetland) Ltd. © 2023 Globus (Shetland) Ltd. All Rights Reserved | SKY-PCK-DISP-TX524-0923,4