EN - Single use nitrile examination glove. Powder-Free. Not Made with Natural Rubber Latex. Textured finish. Non-Sterile. Prevents Type I Allergies. Protection is limited to the hand only. If irritation occurs seek medical advice. Obsolescence:- When stored as recommended the product will not suffer any change in chemical properties for up to 5 years from date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Inappropriate glove use:- Tactile sense is thinly and distortly reduced with a poor-fitting glove, which can cause fatigue in the hand and fingers. Wrong size and poor fitting do poor hand protection. Glove donning:- Choose the appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of the glove. Discard if there is any damage or contaminant. Glove doffing:- Remove the glove as soon as you see wearing or damage. When the glove is covered in a contaminant that is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting the skin. Hand Hygiene:- To maintain hand hygiene wash hands thoroughly before donning gloves and after removing gloves. Used glove should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. To access and download Declaration of Conformity please visit gg-dc.com/skytec. The product is in compliance with the PPE regulation (EU) 2016/425. Tested according to EN ISO 21420:2020.

DE - Einweg-Untersuchungshandschuh aus Nitril. Puderfrei. Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. Strukturierte Oberfläche. Nicht keimfrei. Vermeidet Allergien vom Typ I. Der Schutz ist nur auf die Hand beschränkt. Bei Auftreten von Reizung ein Suchen Sie einen Arzt auf. Obsolescenz:- Wenn das Produkt wie empfohlen gelagert wird, verändert sich seine chemischen Eigenschaften innerhalb von 5 Jahren ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt vom Einsatzbereich ab. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Handschuhs für die vorgesehene Verwendung zu prüfen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Schädigung und Mängel. Unangemessener Gebrauch der Handschuhe: Bei schlecht sitzenden Handschuhen verringern sich Tastempfindungen und Fingerfertigkeit, was zu Ermüdung der Hände und Fingern führen kann. Falsche Größe und schlechter Sitz führen zu unangemessenem Handschutz. Anziehen der Handschuhe: Wählen Sie die richtige Handschuhgröße. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jeder Verwendung auf körperliche Schäden. Entsorgen Sie beschädigte und verunreinigte Handschuhe. Ausziehen der Handschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe aus, sobald Sie Verschleiß oder Beschädigungen feststellen. Wenden der Handschuh mit einer Verunreinigung bei eckt ist, die nicht entfernt werden kann oder eine mögliche Gefahr darstellt, sollten beide Hände schuhe abwechselnd mit der behandschuchten Hand ausgezogen werden, sodass die Verunreinigung nicht mit der Haut in Berührung kommt. Handhygiene:- Um die Handhygiene aufrechtzuhalten, waschen Sie sich die Hände gründlich vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Handschuhe. Gebrauchte Handschuhe sollten verbrannt oder gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt werden. Die Konformitätserklärung können Sie unter gg-dc.com /skytec aufrufen und herunterladen. Das Produkt ist konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Gepüft nach EN ISO 21420:2020.

ES - Guante de examen de nitrilo de un solo uso. Sin polvo. No fabricado con látex de caucho natural. Acabado texturizado. No estéril. Evita alergias de tipo I. La protección se limita únicamente a la mano. En caso de irritación, consulta a un médico. Obsolescencia: Si el producto se almacena según las recomendaciones, sus propiedades químicas no variarán hasta 5 años después de la fecha de fabricación. No es posible precisar su vida útil, ya que depende del uso que se haga de él y de la responsabilidad del usuario a la hora de determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Antes de utilizarlos, compruebe que no tienen defectos ni imperfecciones. Uso inadecuado de los guantes: La sensibilidad al tacto se reduce considerablemente cuando los guantes no están correctamente colocados y no quedan bien ajustados, lo que puede provocar fatiga en las manos y los dedos. Utilizar un tamaño inadecuado o no ajustarlos bien disminuye la protección de las manos. Colocación de los guantes: Escoja guantes de tamaño adecuado. Cada vez que vaya a utilizar un guante, verifique previamente si existen daños físicos o contaminación. De ser así, deséchelo. Retirada de los guantes: Quítese los guantes en cuanto detecte el desgaste o daños en ellos. Si un guante está ciertamente o parcialmente contaminado de forma que no pueda retirarse o que presente un riesgo potencial, se recomienda ir quitándose los guantes de derecha a izquierda, empleando siempre el mano izquierda para que la sustancia contaminante no entre en contacto con la piel. Higiene de manos: Para mantener la higiene de manos, lávelas concienzudamente antes de colocar los guantes y una vez retirados. Los guantes usados deben eliminarse mediante incineración o según se indique en la normativa de las autoridades locales. Puede acceder a la declaración de conformidad descargarla en la página gg-dc.com /skytec. Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI. Probado según la norma EN ISO 21420:2020.

FR - Gant d'examen en nitrile à usage unique. Non poudré. Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel. Finition texturée. Non stérile. Prévient les allergies de type I. La protection est limitée à la main. Veuillez consulter un médecin en cas d'irritation. Obsolescence :- Lorsque stocké conformément aux recommandations, il ne subira aucune modification de ses propriétés chimiques pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie utile ne peut être spécifiée. Elle dépend de l'application qu'en fait l'utilisateur et il lui appartient de déterminer si les gants sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Veuillez vérifier que les gants ne présentent pas de défauts ou d'imperfections avant de les utiliser. Utilisation non appropriée des gants :- La sensibilité tactile et la dextérité diminuent avec un gant mal ajusté, ce qui peut entraîner une fatigue des mains et des doigts. Une main trop petite ou trop grande ne protège pas correctement. Mettre des gants :- Choisissez la taille de gant adaptée. Veuillez vérifier que les gants ne sont pas endommagés ou contaminés avant chaque utilisation. Le cas échéant, jetez les gants immédiatement. Déshabillage des gants :- Retirez le gant dès que vous constatez qu'il est usé ou endommagé. Lorsque le gant est recouvert d'un contaminant qui ne peut pas être retiré ou qui présente un risque potentiel, il est conseillé d'enlever alternativement les gants de droite et de gauche en utilisant la main gantée de manière à ce que les gants soient enlevés sans que le contaminant n'entre en contact avec la peau. Hygiène des mains :- Pour une hygiène des mains efficace, lavez-vous soigneusement les mains avant d'enfiler les gants et après les avoir retirés. Les gants usagés doivent être incinérés ou jetés conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation. Pour accéder à la déclaration de conformité et la télécharger, veuillez vous rendre sur le site gg-dc.com/skytec. Le produit est conforme au règlement EPI (UE) 2016/425. Testé selon la norme EN ISO 21420:2020. Conforme à l'Arrêté du 05/08/2020.

IT - Guanto monouso in nitrile per esami medici. Senza polvere. Realizzato senza lattice di gomma naturale. Finitura testurizzata. Non sterile. Previene le allergie di tipo I. La protezione è limitata esclusivamente alle mani. In caso di irritazioni, consultare un medico. Obsolescenza: se il prodotto viene conservato secondo le modalità consigliate, le sue caratteristiche chimiche rimangono inalterate per un massimo di 5 anni dalla data di produzione. Non è possibile fornire un'indicazione specifica sulla durata di guanto, perché dipende dal tipo di applicazione. L'utente si assume la responsabilità di verificare l'idoneità per l'uso previsto. Ispezionare i guanti prima dell'uso e assicurarsi che non presentino difetti o imperfezioni. Utilizzo inappropriato: un guanto che non aderisce bene alla mano riduce la sensibilità tattile e la manualità e potrebbe causare un affaticamento della mano e delle dita. L'uso di guanti della taglia sbagliata o poco aderenti può ridurre il livello di protezione della mano. Almomento di indossare i guanti: scegliere guanti della taglia corretta. Ogni volta, prima di indossare i guanti, verificare che non siano danneggiati o contaminati. Se si notano danni o segni di contaminazione, gettare i guanti. Rimozione dei guanti: se un guanto è troppo sporco o usurato, rimuoverlo immediatamente. Se i guanti devono essere rimossi perché di sostanze contaminanti che non possono essere rimosse o se presentano un rischio potenziale, si consiglia di rimuoverli gradualmente, alternando prima una mano e poi l'altra, in modo da mantenere le mani protette ed evitare il contatto del contaminante con la pelle. Igiene delle mani: per una corretta igiene, lavare accuratamente le mani prima di indossare i guanti e dopo la rimozione. I guanti usati devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni delle autorità locali. Per leggere e accedere la Dichiarazione di conformità, visitare gg-dc.com /skytec. Il prodotto è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. Testato in conformità con EN ISO 21420:2020.

NL - Nitril onderzoekshandschoen voor eenmalig gebruik. Poedervrij. Niet gemaakt van natuurlijkrubberlatex. Getextureerd eafwerking. Niet-steriel. Voorkomt allergieën van type I. De bescherming beperkt zich tot de hand. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Veroudering: bij opslag onder de aanbevolen omstandigheden zal het product geen verandering in chemische eigenschappen ondergaan tot 5 jaar na de productiedatum. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en is afhankelijk van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker omtrent te gaan of de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Inspecteer de handschoenen voor gebruik op defecten of onvolkomenheden. Onjuist gebruik van de handschoenen: de tactiele gevoeligheid en de beweeglijkheid zijn minder bij slecht passende handschoenen; dit kan vermoeidheid in de handen en vingers veroorzaken. Een verkeerde maat en een slechte pasvorm leiden tot minder goede bescherming van de handen. Handschoenen aantrekken: kies de juiste hand schoen maat. Controleer de handschoen vóór elk gebruik op eventuele beschadigingen of vervuiling. Gooi ze wegalsze beschadigd of vervuild zijn. Hand schoenen uittrekken: trek de hand schoenen uit zodra u slijtage of beschadiging vaststelt. Als de handschoen bedekt is met een verontreiniging die niet te verwijderen is of die een potentieel gevaar inhoudt, isbet raad zaam om beide je bij beurte uittetrekken met de ongecontamineerde hand schoen, zodat de handschoenen worden uitgetrokken zonder dat de verontreiniging in contact komt met de huid. Handhygiëne: voor een goede handhygiëne moet en de handen grondig worden gewassen voordat de handschoenen worden aangetrokken en nadat handschoenen zijn uitgetrokken. Gebruikte handschoenen moeten worden vernietigd door middel van verbranding of volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten. Voor het inzien en downloaden van onze conformiteitsverklaring kunt u terecht op gg-dc.com/skytec. Het product voldoet aan de PBM-verordening (EU) 2016/425. Getest overeenkomstig NISO 21420:2020.

PL - Jednorazowe nitrylowe rękawice diagnostyczne. Bezpudrowe. Nie zawierają lateksu naturalnego. Teksturowane wykończenie. Niejałowe. Zapobiega alergiom typu I. Ochrona jest ograniczona do dłoni. Jeśli wystąpi podrażnienie, należy zasięgnąć porady lekarza. Starzenie się: produkt przechowywany zgodnie z zaleceniami nie zmieni swoich właściwości chemicznych przez okres do 5 lat od daty produkcji). Nie można określić okresu użytkowania, ponieważ zależy on od danego zastosowania i odpowiedzialności użytkownika w zakresie określania przydatności rękawic do zamierzonego użytku. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub niedoskonałości. Niewłaściwe używanie rękawic: ze zbyt dopasowane rękawice ograniczają wrażenia dotykowe i mogą powodować zmęczenie dłoni i palców. Niewłaściwy rozmiar i złe dopasowanie prowadzą do słabej ochrony dłoni. Zakładanie rękawic: wybierz odpowiedni rozmiar rękawic. Przed każdym użyciem rękawic sprawdź, czy nie są fizycznie uszkodzone ani bo zanieczyszczone. Wyrzuć je, jeśli zostaną zniszczone lub zanieczyszczone. Zdejmowanie rękawic: zdejmij rękawice, gdy tylko zauważysz oznaki zużycia lub uszkodzenia. Gdy rękawice zostaną zanieczyszczone, tak że nie będą można usunąć lub stanowią potencjalne zagrożenie, zaleca się naprzemienne zdejmowanie lewej i prawej rękawicy ujżwając dłoni w rękawicy, tak aby rękawice zostały zdjęte bez kontaktu zanieczyszczenia ze skórą. Higiena rąk: aby zachować higienę rąk, przed założeniem i po zdjęciu rękawic należy dokładnie umyć ręce. Zużyte rękawice należy utylizować poprzez spalanie lub zgodnie z przepisami władz lokalnych. Deklarację zgodności można znaleźć i pobrać na stronie gg-dc.com/skytec. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Przetestowano zgodnie z normą EN ISO 21420:2020.

PT - Luva de cuidados de exame de nitrilo. Isenta de pó. Não fabricado com látex de borracha natural. Acabamento texturizado. Não-estéril. Evita alergias tipo I. A proteção é limitada apenas à mão. Se surgir irritação, procure orientação médica. Obsolescência - Quando armazenado a conforme recomendado, o produto não sofrerá alteração nas propriedades químicas por até 5 anos a partir da data de fabrico. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e responsabilidade do utilizador para determinar a adequação da luva para o uso pretendido. Antes da utilização, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições. Uso inadequado das luvas:- A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com uma luva mal ajustada, o que pode provocar fadiga nas mãos e dedos. O tamanho errado e o ajuste inadequado conduzem a uma proteção deficiente das mãos. Colocação das luvas:- Escolha o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso das luvas. Descarte se houver algum dano ou contaminação. Retirada de luvas:- Remova a luva assim que notar danos ou contaminação. Se uma luva estiver coberta por um contaminante que não seja removível ou apresentem um perigo potencial, é aconselhável retirar as luvas esquerda e direita alternadamente usando a mão enluvada para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contacto com a pele. Higiene das mãos:- Para manter a higiene das mãos, lave bem as mãos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las. As luvas usadas devem ser descartadas por incineração ou de acordo com a regulamentação das autoridades locais. Para aceder e baixar a Declaração de Conformidade, visite gg-dc.com/skytec. O produto cumpre o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual (EPI). Testado de acordo com a norma EN ISO 21420:2020.

TR - Tek kullanımlık nitril kontrol eldiveni. Toz içermez. Doğal Kauçuk Lateksile Üretilmemiştir. Dokulu Yüzey. Steril Değildir. Tip I Alejilerii Önler. Koruma sadece el ile sınırlıdır. Tahriş oluşursa tıbbi yardımalın. Eskime: -Önerilen şekilde depo landığında ürünün kimyasal özellikleri üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadar değişmez. Hizmet ömrü belirlenemez ve uygulamaya ve kullanıcının eldivenin kullanım amacına uygunluğunu tespit et mesine sorumluluğuna bağlıdır. Kullanmadan önce eldivenlerde herhangi bir kusur veya eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Uygunsuz eldiven kullanımı: -Eldiven olmayan eldivenler dokunsal hassasiyet ve el becerisini azaltır, bu da ellerde ve parmaklarda yorgunluğa neden olabilir. Yanlış beden ve kötü uyum, eldiven tarafından sağlanan el koruma seviyesini önemli ölçüde azaltır. Eldiven giyme: Doğru eldiven bedini seçin. Her kullanımdan önce herhangi bir fiziksel hasar veya kirlenme olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar veya kirlilik tespit edilirse atın. Eldiven çıkarma: - Aşınma veya hasar görüldüğünüz anda eldiveni çıkarın. Eldiven çıkarılamayan veya potansiyel bir tehlike arz eden bir kirletici ile kaplandığında, eldiveni el kullanılarak sol ve sağ eldivenleri dönüşümlü olarak çıkarmanız önerilir, böylece kirletici cilde temas etmeden çıkarılır. El Hijyeni: - El hijyenini korumak için eldiven giymeden önce ve eldivenleri çıkardıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kullanılmış eldivenler yalnızca resmi yerler malzemelerin yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmidicir. Uygunluk Beyanına erişmek ve indirmek için lütfen gg-dc.com/skytec adresine gidin. Ürün, PPE yönetmeliği (AB) 2016/425 ile uyumludur. EN ISO 21420:2020'a göre test edilmiştir.

HI - एक बार के उपयोग वाले नाइट्राइल परीक्षण दस्ताने। पाउडर-मुक्त। प्राकृतिक रबर लेटेक्स से नहीं बनाया गया है। टेक्सचर की फिनिश वाला। गैर-स्टेराइल। टाइप I एलर्जी को रोकता करता है। सुरक्षा केवल हाथों तक सीमित है। यदि जलन हो तो मेडिकल सलाह लें। नाश पतना:- अनुभंस न करना। यदि भंडार पर उपयोग के निर्देश दी तानिर्माण की तारीख से 5 वर्ष तक रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आएगा। सेवा जीवन तय नहीं किया जा सकता है और यह इसके नियत उपयोग के लिए इस दस्ताने की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग और उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। उपयोग करने से पहले, इस दस्ताने का निरीक्षण करें कि वे किसी कमी या खामी से ग्रस्त हैं। अनुचित दस्ताने का उपयोग:- स्पर्श संवेदनशीलता खराब फिटिंग वाले दस्ताने के साथ पतली और उलझी हुई होती है, जिससे हाथों और उंगलियों में थकान हो सकती है। गलत साइज और खराब फिटिंग से हाथों की सुरक्षा पर गलत असर होता है। दस्ताने पहनना:- दस्ताने का उचित साइज चुनें। इस दस्ताने के प्रत्येक उपयोग से पहले किसी भी शारीरिक क्षति या संदूषण की जाँच करें। यदि कोई क्षति या संदूषण पाया जाए तो इस दस्ताने उतारना:- जैसे ही आप दस्ताने को घिसते या क्षतिग्रस्त होते देखें तो उस हटा दें। जब दस्ताने पर कोई ऐसा प्रदूषण पाया हो जो हटाने योग्य नहीं है या संभावित खतरा पैदा करता हो तो संक्रमण से बचाने के लिए दस्तानेने बारी-बारी से दाएँ हाथ के दस्ताने को बाएँ हाथ के दस्ताने के संपर्क में आए बिना दस्ताने हटा दिए जाएं। हाथ की सफाईदस्ताने पहनने से पहले और दस्ताने उतारने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं। उपयोग की गई सभी दस्तानों को जलाकर या सरकारी अधिकृत संयंत्रों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। अनुरूपता की घोषणा तक पहुँचने और डाउनलोड करने के लिए कृपया gg-dc.com/skytec पर जाएं। यह उत्पाद PPE विनियम (EU) 2016/425 के अनुपालन में है। EN ISO 21420:2020 अनुसार परीक्षण किया गया।

AR - قفاز فحص من النيتريل للاستخدام مرة واحدة. خالٍ من البودرة. غير مصنوع من المطاط الطبيعي. غير معقم. يمنع الحساسية من النوع الأول. للحماية في حالة حدوث تهيج الصدر، اطلب المساعدة الطبية. التقادم - عند التخزين على النحو الموصى به، لن يحدث أي تغيير في الخواص الكيميائية للمنتج لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ التصنيع. لا يمكن تحديد العمر الافتراضي ويتوقف ذلك على التطبيق ومسؤولية المستخدم من حيث التأكد من ملاءمة القفاز للغرض المقصود. قبل الاستخدام، افحص القفازات بحثًا عن أي عيوب أو نقائص. الاستخدام غير الملائم للقفازات: - تنخفض حساسية اللمس وسكون الحركة عند استخدام قفاز غير ملائم مما قد يؤدي إلى إجهاد اليدين والأصابع، كما أن استخدام قفازات بمقاس غير صحيح والارتداء الفاضل يؤديان إلى ضعف حماية اليدين. ارتداء القفازات: - اختر مقاس القفاز المناسب. تحقق من وجود أي أضرار مادية أو ثقوب قبل كل استخدام للقفاز. تخلص من القفاز في حالة وجود أي تلف أو ثقوب. إزالة القفاز: يجب أن تخلع يدك القفاز بمجرد أن تلاحظ أي تلف أو تلوث. إذا كان القفاز يشتمل على ملوث غير قابل للإزالة أو يمثل خطرًا محتملاً، فمن المستحسن إزالة القفازين الأيمن والأيسر بالتناوب باستخدام اليد المغطاة حتى لا يتلامس الملوث مع الجلد. نظافة اليدين: - للحفاظ على نظافة اليدين، اغسل يديك جيدًا قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها بعد إلغاء حق الوصول إلى وظائف الملفات للحماية. التخلص من القفازات المستعملة عن طريق الحرق أو وفقًا للوائح المحلية. للوصول إلى إعلان EN ISO 21420:2020 والتحميل، يرجى زيارة gg-dc.com/skytec. يفي المنتج بمتطلبات لائحة معدات الوقاية الشخصية (PPE) 2016/425. تم اختباره وفقًا لمواصفة EN ISO 21420:2020.

EN ISO 374-1: 2016+ A1:2018/ TYPE C	Chemical	Code Letter	Breakthrough Time	Level	Mean Degradation % EN ISO 374-1:2016
	40% Sodium Hydroxide	K	>480 min	6	-87

Performance Level	1	2	3	4	5	6
Breakthrough Time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Degradation Levels indicate the change in Puncture Resistance of the glove after exposure to the challenge chemical

EN ISO 374-5: 2016	Performance Level	AQL	Inspection Levels	
	Level.3	<0.65	G1	Tested in accordance to EN ISO 374-2:2019 Penetration air leak: PASS Penetration water leak: PASS Performance Level 2 Micro-organisms risk in accordance with EN ISO 374-5:2016 Protection against bacteria and fungi: PASS Protection against Viruses: PASS
	Level.2	<1.5	G1	
	Level 1	<4.0	S4	

VIRUS

Products conforms to the requirements of: EU regulation 2016/425 of the European Parliament of the Council as Personal Protective Equipment (PPE). Type examination certificate Module B issued and Module C2 assessment carried out by: EU: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified body No.:2777).

Intended: Medical and PPE Cat III	CE	Comply to MDR 2017/745 Class I
		2777 Comply to PPE Regulation 2016/425 Cat III

STATEMENT AND CAUTION Test results are taken from palm area of the glove. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to the differentiation between mixtures and pure chemical sand other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation and glove thickness. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For these reasons, chemical degradation can be the most important factor for consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. There are no possible allergens within the glove that are known to cause harm to the wearer. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections.

Manufacture **Globus (Shetland) Ltd,** 12 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UK | T: +44 (0)161 877 4747 | www.globusgroup.com

EU | REP **Globus EMEA Ltd** Authorized Representative in the European Community **Globus EMEA Ltd.** 51 Dawson St. Dublin, D02NA23, Ireland **MADE IN CHINA**

Globus is a registered trademark owned by Globus (Shetland) Ltd. © 2024 Globus (Shetland) Ltd. All Rights Reserved | SKY-ELE-PCK-DISP-EMG460-0624_1