EN - Single-use nitrile examination glove. Powder-Free, Food Safe. Not Made With Natural Rubber Latex. Smooth finish. Non-Sterile. Prevents Type I Allergies. Protection is limited to the hand only. If irritation occurs seek medical advice. Obsolescence: - When stored as recommended the product will not suffer any changes in chemical properties for up to 5 years from date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Inappropriate glove use: - Tackle sensitivity and dexterity reduces with a poor-fitting glove, which can cause fatigue on the hands and fingers. Wrong size and poor fit helped to prohand protection. Glove cleaning: - Choose the appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of the glove. Discard if there is any damage or contaminant. Glove doffing: - Remove the glove as soon as you are wearing or damage. When the glove is core in a contaminant that is not removable or presents a potential hazard it is advise to fit or seal or right gloves off alternately using the glued hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting the skin. Hand Hygiene: - to maintain hand hygiene ash hands thoroughly before donning gloves and after removing gloves. Used gloves should be disposed by incineration as per the regulation of local authorities. To access and download Declaration of Conformity please visit gg-doc.com/skytec. The product is in compliance with the PPE regulation (EU) 2016/425. Tested according to EN ISO 21420:2020.

DE - Einweg-Untersuchungshandschuh aus Nitril, Puderfrei, Lebensmittelsicher. Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. Glatte Oberfläche. Nicht sterilisiert. Vermeidet Allergien vom Typ I. Der Schutz ist nur auf die Handfläche beschränkt. Bei Auftreten von Reizungen ist ärztlicher Rat einzuholen. Obsolescence: Das Produkt wir empfohlen gelagert wird, verändert es seine chemischen Eigenschaften bis zu 5 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt vom Einsatzbereich ab. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Handschuhs für die vorgesehene Verwendung zu prüfen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor Gebrauch auf Schäden und Verschleiß. Mangelhafte Handschuhe nicht benutzen. Schlechte Passform beeinträchtigt das Tastempfinden und Fingerfertigkeit, was zu Ermüdung der Hände und Finger führen kann. Falsche Größe und schlechter Sitz führen zu verringertem Handschutz. Anziehen der Handschuhe: Wählen Sie die richtige Handschuhgröße. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jedem Gebrauch auf physische Schäden oder Verunreinigungen. Entsorgen Sie beschädigte oder verunreinigte Handschuhe. Nach der Verwendung ist es wichtig, sie sofort zu entfernen, sobald Sie Schäden oder Verunreinigungen feststellen. Wenn der Handschuhmit einer Verunreinigung bedeckt ist, die nicht entfernt werden kann oder eine mögliche Gefahr darstellt, sollten beide Handschuhe abwechselnd mit der bekleideten Hand ausgezogen werden, sodass die Verunreinigung nicht mit der Haut in Berührung kommt. Handhygiene: Um die Handhygiene aufrechtzuhalten, waschen Sie die Hände gründlich vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Handschuhe. Gebrauchte Handschuhe sollten entsprechend der örtlichen Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt werden. Die Konformitätserklärung können Sie unter gg-doc.com/skytec aufrufen und herunterladen. Das Produkt ist konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Geprüft nach EN ISO 21420:2020.

ES - Guante de examen de nitrilo de un solo uso. Sin polvo, Apto para uso alimentario. No fabricado con látex de caucho natural. Acabado suave. No estéril. Evita alergias de tipo I. La protección se limita únicamente a la mano. En caso de irritación, consulte a un médico. Obsolescencia: - Si el producto se almacena según la recomendación, sus propiedades químicas no variarán hasta 5 años después de la fecha de fabricación. No es posible precisar su vida útil, ya que depende del uso que se haga de él y de la responsabilidad del usuario a la hora de determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Antes de utilizar los guantes, compruebe que no tienen defectos o imperfecciones. Uso inadecuado de los guantes: La sensibilidad táctil y la destreza se reducen cuando los guantes no se ajustan bien, lo que puede provocar fatiga en las manos y los dedos. Utilizar un tamaño inadecuado o no ajustarse bien disminuye la protección de las manos. Colocación de los guantes: Escoja guantes de tamaño adecuado. Cada vez que vaya a utilizar un guante, verifique previamente si existen daños físicos o contaminación. De ser así, deséchelo. Retirada de los guantes: Quítese los guantes en cuanto deje de desempeñar la tarea o si se detectan daños o contaminación. Si un guante está cubierto por algún material contaminante que no pueda retirarse o que presente un riesgo potencial, se recomienda quitárselo los guantes derecho el izquierdo alternativamente de modo que al mismo que utilice esté siempre cubierto para que la autoinfección contaminante no entre en contacto con la piel. Higiene de manos: Para mantener la higiene de manos, lávelas con frecuencia antes de colocar los guantes y una vez retirados. Los guantes usados deben desecharse de acuerdo con la normativa local. Para acceder a la declaración de conformidad y descargarla en la página gg-doc.com/skytec. Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI. Probado según la norma EN ISO 21420:2020.

FR - Gant d'examen en nitrile à usage unique. Non poudré. Approuvé pour la manipulation des aliments. Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel. Finition lisse. Non stérile. Prévient les allergies de type I. La protection est limitée à la main uniquement. En cas d'irritation, consulter un médecin en cas d'irritation. Obsolescence: - Lorsque le produit est stocké conformément aux recommandations, il ne subira aucune modification de ses propriétés chimiques pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie utile ne peut être spécifiée. Elle dépend de l'application qu'en fait l'utilisateur et s'il sous que les gants conviennent d'usage auquel ils destinés. Veuillez vérifier les gants avant de les utiliser afin de détecter d'éventuels défauts ou imperfections. Utilisation inappropriée des gants: - La sensibilité tactile et la dextérité diminuent avec un gant mal ajusté, ce qui peut entraîner une fatigue des mains et des doigts. Une mauvaise taille et un mauvais ajustement conduisent à une protection des mains ineffi cace. Enfilage des gants: - Choisissez la taille degant adaptée. Veuillez vérifier que les gants ne sont pas endommagés ou contaminés avant chaque utilisation. En cas d'endommagement ou de contamination, mettez les gants au rebut. Retrait des gants: - Retirez les gants dès que vous avez terminé ou endommagé. Lorsque le gant est recouvert d'une contaminant qui ne peut pas être retiré ou qui présente un risque potentiel, il est conseillé de enlever alternativement les gants gauche et droite en utilisant la main gantée de manière à ce que les gants soient retirés sans que la contaminant entre en contact avec la peau. Hygiène des mains: - Pour une hygiène des mains efficace, lavez-vous soigneusement les mains avant de mettre des gants et après les avoir retirés. Les gants usagés doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation. Pour accéder à la déclaration de conformité et la télécharger, veuillez vous rendre sur le sitegg-doc.com/skytec. Le produit est conforme au règlement (UE) 2016/425. Testé selon la norme EN ISO 21420:2020. Non conformeà l'Arrêté du05/08/2020.

IT - Guanto monouso in nitrile per esami medici. Senza polvere. Adatto per alimenti. Realizzato senza lattice di gomma naturale. Finitura liscia. Non sterile. Previene le allergie di tipo I. La protezione è limitata esclusivamente alla mano. In caso di irritazione consultare un medico. Obsolescenza: - Se conservato come raccomandato il prodotto non subirà alcuna modifica alle sue proprietà chimiche per un periodo massimo di 5 anni dalla data di produzione. Non possiamo definire un'indicazione specifica sulla durata di utilizzo, poiché dipende dall'applicazione. L'utente è assegnabile responsabilità di verificare l'idoneità per l'uso previsto. Ispezionare i guanti prima dell'uso assicurarsi che non presentino difetti o imperfezioni. Utilizzo inappropriato: i guanto che non aderiscono alla mano riducono la destrezza e la sensibilità tattile e aumentano il rischio di affaticamento della mano e delle dita. L'uso di guanti della taglia sbagliata o poco aderenti può ridurre il livello di protezione offerto dalla mano. Allontanamento di indossare i guanti: scegliere guanti della taglia corretta. Ogni volta, prima di indossare i guanti, verificare che non siano danneggiati o contaminati. Se sintomi di danno o segni di contaminazione, gettare i guanti. Rimozione dei guanti: sevi guanti devono essere rimossi ed eliminati non appena terminato il lavoro. Se i guanti dovessero essere in contatto sostanze contaminanti che possono essere rimosse o se presentano altri tipi di rischio potenziali, è consigliato rimuovere gli guanti alterni, alternando primausa mano e poi l'altra, in modo da mantenere le mani prive di contatto del contaminante con la pelle. Igiene delle mani: per una corretta igiene, lavare accuratamente le mani prima di indossare i guanti e dopo la rimozione. I guanti usati devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni della località. Per leggere e scaricare la Dichiarazione di conformità, visitare gg-doc.com/skytec. Il prodotto risulta conforme alregolamento (UE) 2016/425 sui DPI. Testato in conformità a EN ISO 21420:2020.

NL - Nitrilonderzoekshandschoen voor eenmalig gebruik. Poedervrij. Veilig voor levensmiddelen. Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex. Gladde afwerking. Niet-steriel. Voorkomt allergieën van type I. De bescherming is beperkt tot de hand alleen. In geval van irritatie opbrengst. Veroudering: bij opslag zoals beschreven zullen de chemische eigenschappen van het product gedurende maximaal 5 jaar na de productiedatum. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en is afhankelijk van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Inspecteer de handschoenen voor gebruik op defecten of onvolkomenheden. Onjuist gebruik van de handschoenen: de tactiele gevoeligheid en de beweeglijkheid zijn minder bij slecht passende handschoenen; dit kan vermoeidheid in de handen en vingers veroorzaken. Een verkeerde dessert en een slechte passorm leiden tot minder goede bescherming van de handen. Handschoenen aantrekken: kies de juiste handschoenmaat. Controleer de handschoenen vóór ek gebruik op eventuele beschadigingen of vervuiling. Gooi ze weg als ze beschadigd of vervuild zijn. Handschoenen uittrekken: trek de handschoenen uit zodra u klaar of beschadiging vaststelt. Als de handschoen bedekt is met een verontreiniging die niet te verwijderen is of die een potentieel gevaar inhoudt, is het raadzaam om beetjelek bestje afwisselend de linker- en rechterhandschoen uit te trekken met de gehandschoende hand, zodat de handschoen worden uitgetrokken zonder dat de verontreiniging in contact komt met de huid. Handhygiëne: voor een goede handhygiëne worden de handen grondig worden gewassen voordat de handschoenen worden aangetrokken en nadat handschoenen zijn uitgetrokken. Gebruikte handschoenen moeten worden vervolgens door middel van verbranding of volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten. Voorhet inzien en downloaden van onze conformiteitsverklaring kunt u terecht op gg-doc.com/skytec. Het product voldoet aande PBM-verordening (EU) 2016/425. Getest overeenkomstig EN ISO 21420:2020.

PL - Jednorazowe nitrylowe rękawice do egzaminów. Bezpudrowe. Bezpieczne dla żywności. Nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego. Gładkie wykończenie. Niejałowe. Zapobiega alergiom typu I. Ochrona ogranicza się tylko do dłoni. W przypadku podrażnienia należy zasięgnąć porady lekarza. Starzenie się: przy odpowiednim sposobie przechowywania produkt zachowuje swoje właściwości chemiczne przez okres do 5 lat od daty produkcji. Nie można określić okresu użytkowania, ponieważ zależy on od danego zastosowania i odpowiedzialności użytkownika za upewnienie się, że rękawice nadają się do tego zastosowania. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem uszkodzeń i niedoskonałości. Nieprawidłowe użycie rękawic: denicja czułości na dotyk i zręczność zmniejszają się, gdy rękawice nie są dobrze dopasowane, co może powodować zmęczenie rąk i palców. Niewłaściwy rozmiar i źle dopasowanie powodują osłabienie ochronyrękawic. Zakładanie rękawic: wybierz odpowiedni rozmiar rękawic. Przed każdym użyciem rękawice należy sprawdzić, czy nie mają fizycznie uszkodzone lub zanieczyszczone. W razie jej, zalecjużdzisz jakiekolwiek uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Zdejmowanie rękawic: zdejmij rękawice, gdy tylko zakończysz pracę lub jeśli zauważysz uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Jeśli rękawica jest pokryta zanieczyszczeniem, które nie może zostać usunięte lub stanowi potencjalne zagrożenie, zaleca się ściąganie rękawic naprzemiennie, tak aby rękawica nie dotykała skóry. Higiena rąk: aby zachować higienę rąk, przed założeniem i po zdjęciu rękawic należy dokładnie umyć ręce. Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać dostęp do deklaracji zgodności i pobrać ją, należy przejść do strony gg-doc.com/skytec. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Przetestowano zgodnie z normą EN ISO 21420:2020.

PT - Luvas de exame descartáveis de nitrilo, livres de pó. Seguras para alimentos. Não fabricada com látex de borracha natural. Acabamento suave. Não-estéril. Evita alergias tipo I. A proteção é limitada apenas à mão. Se surgir irritação, procure orientação médica. Obsolescência: - Quando armazenada conforme recomendado, o produto não sofrerá alterações nas propriedades químicas por um período de até 5 anos a partir da data de fabricação. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e da responsabilidade do utilizador para verificar a adequação do luva para o pretendido. Antes da utilização, inspecione as luvas quanto adefeitos ou imperfeições. Uso inadequado das luvas: - A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com uma luva mal ajustada, o que pode provocar fadiga nas mãos e dedos. O tamanho errado e o ajuste inadequado contribuem a uma proteção deficiente das mãos. Colocação das luvas: - Escolha o tamanho de luva adequado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso da luva. Descarte se houver algum dano ou contaminante. Retirada da luva: - Remova a luva assim que notar desgaste ou dano. Quando a luva estiver cobertapor um contaminante que não seja removível ou apresentar um perigo potencial, é aconselhável retirar as luvas esquerda e direita alternadamente teu sendo a mão enluvada para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contacto com a pele. Higiene das mãos: - Para manter a higiene das mãos, lave-as com frequência antes de colocar as luvas e depois de retiradas. As luvas usadas devem ser eliminadas por incineração ou descarte com arregulamentação da autoridades locais. Para aceder e baixar a Declaração de Conformidade, visite gg-doc.com/skytec. O produto está em conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425. Testada de acordo com EN ISO 21420:2020.

TR - Tek kullanımlık nitril muayene eldiveni. Toz içermez. Gıda güvenli. Doğal Kauçuk Lateks İle Üretilmemiştir. Pürüzsüz yüzey. Steril Değildir. Tip I Alerjileri Önler. Koruma sadece eldivenli elin bileğine kadar olan kısmını kapsar. Tahriş durumunda tıbbi yardım alın. Eskime: - Önerildiği gibi depolandığında ürün kimyasal özellikleri üretim tarihinden itibaren en fazla 5 yıl boyunca değişmeyecektir. Hizmet ömrü belirtilemez ve uygulamaya ve kullanıcının eldiveni kullanım amacına uygunluğunu tespit etme sorumluluğuna bağlıdır. Kullanmadan önce eldivenlerde herhangi bir kusur veya kirlilik olup olmadığını kontrol edin. Uygunsuz eldiven kullanımı: - Ele tam oturmayan eldivenler dokunsal hassasiyeti ve becerisini azaltır, bu durumda ve parmaklarda yorgunluğa neden olabilir. Yanlış beden ve kötü oturan eldivenler, elin korunmasını olumsuz etkiler. Eldiveni giydirme: - Uygun eldiven boyutunu seçin. Eldiveniher kullanımdan önce herhangi bir fiziksel hasar veya kirlenme olup olmadığını kontrol edin. Herhangibir hasar veya kirlilik varsa atın. Eldiven çıkarma: - Aşınma veya hasar gözlediğinizde anında eldiveninizi çıkarın. Eldivenin kontamınan veya potansiyel bir tehlike arz eden bir kirletici ile kaplı olduğunda, eldivenleri kullanırken solve sağ eldivenleri değişimli olarak çıkarılması tavsiye edilir, böylece eldiven kirletici ile temas etmeden çıkarılır. El hijyeni: kontaminasyonu önlemek için eldiven giymeden önce ve eldivenler çıkarıldıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kullanılmış eldivenler yaklaşık veya yerel makamların yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir. Uygunluk Beyanına erişmek ve indirmek için lütfen gg-doc.com/skytec adresini girin. Ürün, PPE Yönetmeliği (AB) 2016/425 ile uyumludur. EN ISO 21420:2020'a göre test edilmiştir.

HU - Egy vagy a többszöri használatra szánt nitril vizsgálókesztyű. Púdermentes. Élelmiszer-biztos. Nem természetes latexgumiból készült. Sima felület. Nem steril. Megakadályozza az I. típusú allergiás reakciókat. A védelem csak a kézre terjed ki. Irritáció esetén forduljon orvoshoz. Elhasználódás: - Ha a termék ajánlásoknak megfelelően van tárolva, a termék kémiai tulajdonságai a gyártás dátumától számított legfeljebb 5 évig nem változnak. Az eszköz élettartama nem határozható meg, és az a felhasználás és a felhasználó felelősségétől függ annak megállapításában, hogy a kesztyű alkalmas-e a tervezett használatra. Használat előtt ellenőrizze a kesztyűket esetleges hibák vagy tökéletlenségek szempontjából. Helytelen kesztyűhasználat: az érzékenység és a ügyesség csökken egy rosszul illeszkedő kesztyűben, ami fáradtságot okozhat a kezekben és az ujjakban. A rossz méret és a rossz illeszkedés csökkenti a kéz védelmét. Kesztyű felvétele: válassza ki a megfelelő méretű kesztyűt. Minden használat előtt ellenőrizze a kesztyűket fizikai sérülések vagy szennyeződés szempontjából. Ha sérült vagy szennyezett, dobja ki a kesztyűket. Kesztyű levétele: vegye le a kesztyűket, amint befejezte a munkát vagy sérülést észlel. Ha a kesztyű szennyeződéssel van borítva, amely nem távolítható el, vagy potenciális veszélyt jelent, javasolt a kesztyűket felváltva levenni úgy, hogy a szennyeződés ne érintkezzen a bőrrel. Kézhigiénia: a kézhigiénia megőrzése érdekében alaposan mossa meg a kezét a kesztyűk felvétele előtt és után. A használt kesztyűket a helyi hatóságok előírásainak megfelelően kell ártalmatlanítani. A Megfelelőségi nyilatkozat elérése és letöltése érdekében látogasson el a gg-doc.com/skytec oldalra. A termék megfelel a személyi védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendeletnek. Az EN ISO 21420:2020 szabvány szerint tesztelve.

AR - قفاز فحص من النتريل للاستخدام مرة واحدة. خال من البودر. آمن للأغذية. لم يتم تصنيعه من مطاط اللاتكس الطبيعي. ملمس ناعم. غير معقم. يمنع الحساسية من النوع الأول. للحماية الحماية في الجزء الأيدي فقط. في حالة حدوث تهيج اطلب النصح الطبي للمساعدة الطبية. التقادم: - عند التخزين على النحو الموصى به لن يحدث أي تغير في الخواص الكيميائية للمنتج لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ التصنيع. لا يمكن تحديد العمر الافتراضي للخدمة ويعتمد على التطبيق ومسؤولية المستخدم في التأكد من ملاءمة القفاز للغرض المقصود. قبل الاستخدام، افحص القفازات بحثاً عن أي عيوب أو نقائص. استخدام القفازات غير الصحيح: تقل الحساسية اللمسية والبراعة مع القفاز سيئ الملاءمة، والذي يمكن أن يسبب التعب في اليدين والأصابع. يساعد حجم الخاطئ وسوء الملاءمة في الحماية الجيدة لليد. ارتداء القفازات: اختر حجم القفاز الصحيح. افحص القفازات قبل كل استخدام للقفاز للتحقق من وجود أي تلف أو تلوث. في حالة وجود أي تلف أو تلوث، تخلص من القفازات. إزالة القفازات: قم بإزالة القفازات بمجرد أن تلاحظ أي تآكل أو تلف. إذا تم تغطية القفاز بالتلوث الذي لا يمكن إزالته أو يشكل خطرًا محتملاً، يوصى بإزالة القفازات الأيسر والأيمن بالتناوب، بالتناوب مع اليد المغطاة بالقفاز حتى يتم إزالة القفازات دون تعرض البشرة للتلوث الملوث. النظافة الشخصية: - للحفاظ على نظافة اليدين، اغسل يديك جيدًا قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها. يجب التخلص من القفازات المستعملة عن طريق الحرق أو وفقًا للوائح المحلية. للوصول إلى إعلان المطابقة وتنزيله، يُرجى زيارة: gg-doc.com/skytec. هذا المنتج متوافق مع لائحة معدات الوقاية الشخصية (PPE) (الاتحاد الأوروبي) 2016/425. تم إجراء اختبار طبقًا لـ EN ISO 21420:2020

Products conform to the requirements of: EU regulation 2016/425 of the European Parliament of the Council as Personal Protective Equipment (PPE). Type examination certificate Module B issued by: EU: SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777). Module D assessment carried out by: EU: SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. (Notified BodyNo. 0598).

Intended: Medical and PPE Cat III

CE

Comply to MDR (EU) 2017/745 Class I

Comply to PPE Regulation (EU) 2016/425 Cat III

STATEMENT AND CAUTION Test results are taken from palm area of the glove. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to the differentiation between mixtures and pure chemicals and other factors influencing the performance such a temperature, a brasion, degrada tion etc. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. There are no possible allergens within the glove that are known to cause harm to the wearer. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.

Manufacture **Globus (Shetland) Ltd,** T2 Trafford Point, Twiring Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UK | T: +44 (0)161 877 4747 | www.globusgroup.com

Globus EMEAFZE, Jafza View 1, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates | T: +971 4 8829962

EU REP **Globus EMEA Ltd** Authorized Representative in the European Community **Globus EMEA Ltd.**, 51 Dawson St. Dublin, DO2 AN25, Ireland **MADE IN SIRI LANKA**

Globus is a registered trademark owned by Globus (Shetland) Ltd. © 2023 Globus (Shetland) Ltd. All Rights Reserved | SKY-POK-DISP-TEAL-0624_1